	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGUAN	Código	
	GESTIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Versión	V2
	FORMATO FICHA TÉCNICA EQUIPOS DE LABORATORIO	Fecha	14/01/2020
		Página	1

DATOS INSTITUCIONALES

Sede	CIRCUNVALAR	Laboratorio	SIMULACION CLINICA	Facultad	MEDICINA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Nombre del Equipo	**ANALIZADOR DE GASES**						
Accesorios	CABLE DE PODER, TUBO DE SECADO.						
Marca	AD INSTRUMENTS	**Modelo**	ML206	**Serial**	G670	**Placa UAN**	**LSC002**
Cantidad	**1**	**Ubicación dentro del laboratorio**	**FISIOGRAFO**				

ESTADO DEL EQUIPO		MODALIDAD DE ADQUISICIÓN / DISPONIBILIDAD				MANUALES			
Normal	**X**	**Compra**	**X**	**Comodato**		**Virtual**	X	**Físico**	X
Irregular		**Arriendo**		**Donación**		**Otro/Cual**			
Fuera de servicio/De Baja		**Observaciones**	EL EQUIPO FUNCIONA POR SEPARADO DE LOS OTROS MODULOS, SIN EMBARGO PRESENTA ACCESORIOS Y PARTES QUE SON COMPLEMENTARIOS DE LOS DEMAS MODULOS, PARA SU CONSULTA VERIFIQUE LAS HV DE LOS SIGUIENTES MODULOS.						

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Aplicación o Uso (Información Funcional)	ADQUISICION DE DATOS

DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS
(ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS)

Clase de Activo	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 10 AÑOS	**Clase (Cuenta Contable)**		***Código SISTEMA ACTIVOS***	
Fecha de Adquisición	31/05/2010	**Código Ubicación SISTEMA**	1532000681	***Proveedor (NIT)***	64001696171
Proveedor (Nombre)	ADINSTRUMENTS PTY LTD (AUSTRALIA	**Valor de Adquisión**	$167.199.279,00	***Fecha Finalización de garantía***	
Datos de Contacto/ Relación con Orden de Compra (Telefónos,Página WEB, correo electrónico, Funcionario Contacto)					

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLASIFICACIÓN BIOMEDICA/ NIVEL RIESGO				TECNOLOGIA PREDOMINANTE				CLASIFICACION DE RIESGO POR USO			
Diagnóstico		**I (A) Riesgo Bajo**		**Eléctrica**		**Hidráulica**		**Mecánico**		**Radiaciones**	
Soporte de vida		**IIa(B) Riesgo Moderado**	X	**Electrónica**	X	**Mecánica**		**Eléctrico**	X	**Químico o Biológico**	

Otro	**X**	**IIb (C)Riesgo Alto**		**Electromecánica**		**Neumática**		**Térmico**		**Incendio o Explosión**	
Cual?	ADQUISICION DE DATOS	**IIID (D) Riesgo Muy Alto**		**Otra/Cual?**				**Ruido/Vibraciones**		**Ergonómico (Carga visual o postural)**	
								Otro/ Cuál?			

Voltaje (Voltios)	85-250V	**Intensidad Corriente (Amperaje - Amperios)**		**Potencia (Watts)**	60 VA	**Otras Variables (Grado de Precisión, Fase, Frecuencia, velocidad de Operación, entre otras)**	VOLUMEN DE AMORTIGUAMIENTO INTERNO: 75 ML TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 MIN A 20 ° C
Capacidad (Kilogramos, litros)		**Temperatura (Grados Centígrados)**	5–35 ° C	**Presión (Kg/cm)**			
Rango de Medición	0-10% CO 2 5–100% O 2	**Rango de precisión**		**Dimensiones (Altura, Longitud, Diámetro, peso)**	60mm × 300 mm × 300 mm PESO: 5 kg		
Observaciones							

INDICACIONES DE USO

Condiciones de Operación (Calibración inicial, Formateo, entre otras)	• TEMPERATURA EN EL RANGO DE 5–35 ° C • HUMEDAD SIN CONDENSACIÓN EN EL RANGO 0–90%
Condiciones de Seguridad	

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FECHA			**No. REPORTE DE SERVICIO**	**ACTIVIDAD**			**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**	**NOMBRRE DE LA EMPRESA**	**APROBACIÓN**
DD	**MM**	**AA**		**MANTENIENTO PREVENTIVO**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**OTRO / CUAL?**				

RECOMENDACIÓN DE FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	

ELABORADO POR :		**REVISADO POR:**	
NOMBRE	**YEIMY CONTRERAS**	**NOMBRE:**	**EQUIPO DE LSC Y COORDINACION NACIONAL DE LABORATORIOS**
CARGO:	**AUXILIAR DE LABORATORIO**	**CARGO:**	