

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGUAN										Código													
	GESTIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO										Versión		V2											
	FORMATO FICHA TÉCNICA EQUIPOS DE LABORATORIO										Fecha		14/01/2020											
											Página		1											
DATOS INSTITUCIONALES																								
Sede		CIRCUNVALAR			Laboratorio		SIMULACION CLINICA			Facultad		MEDICINA												
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO																								
Nombre del Equipo		DESFIBRILADOR AED PLUS																						
Accesorios		ELETRODOS, PEDI PADZ II, PILAS																						
Marca		ZOLL AED PLUS		Modelo				Serial		X18G045530		Placa UAN 009951												
Cantidad		1		Ubicación dentro del laboratorio		HOSPIT 3																		
ESTADO DEL EQUIPO				MODALIDAD DE ADQUISICIÓN / DISPONIBILIDAD				MANUALES																
Normal		X		Compra		X		Comodato				Virtual X Físico												
Irregular				Arriendo				Donación				Otro/Cual												
Fuera de servicio/De Baja						Observaciones		REVISION																
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Aplicación o Uso (Información Funcional)			DETECTA UN RITMO CARDÍACO DESFIBRILABLE, APLICA LA DESCARGA POR SÍ MISMO, SIN NECESIDAD DE INTERACCIÓN DEL RESCATISTA.																					
DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS (ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS)																								
Clase de Activo		EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 10 AÑOS			Clase (Cuenta Contable)				Código SISTEMA ACTIVOS															
Fecha de Adquisición		23/10/2018			Código Ubicación SISTEMA		PPE0031545		Proveedor (NIT)		800036678													
Proveedor (Nombre)		DIDACLIBROS LTDA			Valor de Adquisición		2.315.018,86		Fecha Finalización de garantía															
Datos de Contacto/ Relación con Orden de Compra (Teléfonos,Página WEB, correo electrónico, Funcionario Contacto)																								
ESPECIFICACIONES TECNICAS																								
CLASIFICACIÓN BIOMEDICA/ NIVEL RIESGO							TECNOLOGIA PREDOMINANTE				CLASIFICACION DE RIESGO POR USO													
Diagnóstico				I (A) Riesgo Bajo					Eléctrica				Hidráulica			Mecánico				Radiaciones				
Soporte de vida		X		IIa(B) Riesgo Moderado					Electrónica		X		Mecánica				Eléctrico				Químico o Biológico			
Otro				IIb (C) Riesgo Alto			X		Electromecánica				Neumática				Térmico				Incendio o Explosión		X	



Cual?		IIID (D) Riesgo Muy Alto			Otra/Cual?		Ruido/Vibraciones		Ergonómico (Carga visual o postural)		
							Otro/ Cuál?				
Voltaje (Voltios)		90 a 132V		Intensidad Corriente (Amperaje - Amperios)		Potencia (Watts)	100W	Otras Variables (Grado de Precisión, Fase, Frecuencia, velocidad de Operación, entre otras)			
Capacidad (Kilogramos, litros)			Temperatura (Grados Centígrados)	0°C a 50°C	Presión	57kPa					
Rango de Medición			Rango de precisión		Dimensiones (Altura, Longitud, Diámetro, peso)	13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm PESO: 2,2 kg					
Observaciones											
INDICACIONES DE USO											
Condiciones de Operación (Calibración inicial, Formateo, entre otras)											
Condiciones de Seguridad											
REGISTRO DE MANTENIMIENTO											
FECHA			No. REPORTE DE SERVICIO	ACTIVIDAD			DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	NOMBRRE DE LA EMPRESA	APROBACIÓN	
DD	MM	AA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO / CUAL?					
RECOMENDACIÓN DE FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO											
ELABORADO POR :						REVISADO POR:					
NOMBRE			YEIMY CONTRERAS			NOMBRE:	EQUIPO DE LSC Y COORDINACION NACIONAL DE LABORATORIOS				
CARGO:			AUXILIAR DE LABORATORIO			CARGO:					

