

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGUAN										Código													
	GESTIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO										Versión		V2											
	FORMATO FICHA TÉCNICA EQUIPOS DE LABORATORIO										Fecha		14/01/2020											
											Página		1											
DATOS INSTITUCIONALES																								
Sede		CIRCUNVALAR			Laboratorio		SIMULACION CLINICA				Facultad		MEDICINA											
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO																								
Nombre del Equipo		DESFIBRILADOR AED PLUS																						
Accesorios		ELETRODOS, PEDI PADZ II, PILAS																						
Marca		ZOLL AED PLUS		Modelo				Serial		X18G045222		Placa UAN			009952									
Cantidad		1		Ubicación dentro del laboratorio		HOSPIT 3																		
ESTADO DEL EQUIPO			MODALIDAD DE ADQUISICIÓN / DISPONIBILIDAD				MANUALES																	
Normal		X		Compra		X		Comodato				Virtual			X		Físico							
Irregular				Arriendo				Donación				Otro/Cual												
Fuera de servicio/De Baja					Observaciones		REVISION																	
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Aplicación o Uso (Información Funcional)			DETECTA UN RITMO CARDÍACO DESFIBRILABLE, APLICA LA DESCARGA POR SÍ MISMO, SIN NECESIDAD DE INTERACCIÓN DEL RESCATISTA.																					
DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS (ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS)																								
Clase de Activo		EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 10 AÑOS			Clase (Cuenta Contable)				Código SISTEMA ACTIVOS															
Fecha de Adquisición		23/10/2018			Código Ubicación SISTEMA		PPE0031546		Proveedor (NIT)		800036678													
Proveedor (Nombre)		DIDACLIBROS LTDA			Valor de Adquisición		2.315.018,86		Fecha Finalización de garantía															
Datos de Contacto/ Relación con Orden de Compra (Teléfonos,Página WEB, correo electrónico, Funcionario Contacto)																								
ESPECIFICACIONES TECNICAS																								
CLASIFICACIÓN BIOMEDICA/ NIVEL RIESGO							TECNOLOGIA PREDOMINANTE				CLASIFICACION DE RIESGO POR USO													
Diagnóstico				I (A) Riesgo Bajo					Eléctrica				Hidráulica				Mecánico				Radiaciones			
Soporte de vida		X		IIa(B) Riesgo Moderado					Electrónica		X		Mecánica				Eléctrico				Químico o Biológico			
Otro				IIb (C) Riesgo Alto			X		Electromecánica				Neumática				Térmico				Incendio o Explosión		X	

Cual?		IIID (D) Riesgo Muy Alto			Otra/Cual?		Ruido/Vibraciones		Ergonómico (Carga visual o postural)	
							Otro/ Cuál?			
Voltaje (Voltios)		90 a 132V		Intensidad Corriente (Amperaje - Amperios)		Potencia (Watts)	100W	Otras Variables (Grado de Precisión, Fase, Frecuencia, velocidad de Operación, entre otras)		
Capacidad (Kilogramos, litros)			Temperatura (Grados Centígrados)	0°C a 50°C	Presión	57kPa				
Rango de Medición			Rango de precisión		Dimensiones (Altura, Longitud, Diámetro, peso)	13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm PESO: 2,2 kg				
Observaciones										
INDICACIONES DE USO										
Condiciones de Operación (Calibración inicial, Formateo, entre otras)										
Condiciones de Seguridad										
REGISTRO DE MANTENIMIENTO										
FECHA			No. REPORTE DE SERVICIO	ACTIVIDAD			DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO	NOMBRRE DE LA EMPRESA	APROBACIÓN
DD	MM	AA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO / CUAL?				
RECOMENDACIÓN DE FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO										
ELABORADO POR :						REVISADO POR:				
NOMBRE			YEIMY CONTRERAS			NOMBRE:	EQUIPO DE LSC Y COORDINACION NACIONAL DE LABORATORIOS			
CARGO:			AUXILIAR DE LABORATORIO			CARGO:				

