	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGUAN	Código	
	GESTIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Versión	V2
	FORMATO FICHA TÉCNICA EQUIPOS DE LABORATORIO	Fecha	14/01/2020
		Página	1

DATOS INSTITUCIONALES

Sede	CIRCUNVALAR	Laboratorio	SIMULACION CLINICA	Facultad	MEDICINA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Nombre del Equipo	FISIOGRAFO POWERLAB 8/30						
Accesorios	LABCHART & SCOPE + LABCHART PRO (2CDS), ELECTRODOS DE DESDOS.						
Marca	AD INSTRUMENTS	Modelo	ML870	Serial	830-2391	Placa UAN	035271
Cantidad	1	Ubicación dentro del laboratorio	FISIOGRAFO				

ESTADO DEL EQUIPO		MODALIDAD DE ADQUISICIÓN / DISPONIBILIDAD				MANUALES			
Normal	X	Compra	X	Comodato		Virtual	X	Físico	X
Irregular		Arriendo		Donación		Otro/Cual			
Fuera de servicio/De Baja		Observaciones	EL EQUIPO FUNCIONA POR SEPARADO DE LOS OTROS MODULOS, SIN EMBARGO PRESENTA ACCESORIOS Y PARTES QUE SON COMPLEMENTARIOS DE LOS DEMAS MODULOS, PARA SU CONSULTA VERIFIQUE LAS HV DE LOS SIGUIENTES MODULOS.						

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO Aplicación o Uso (Información Funcional)	SERVICIO DE APOYO, INSTRUMENTO CAPAZ DE DETECTAR LOS FENOMENOS FISIOLOGICOS

DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS
(ESPACIO EXCLUSIVO DE DILIGENCIAMIENTO ÁREA DE ACTIVOS)

Clase de Activo	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 10 AÑOS	Clase (Cuenta Contable)		*Código SISTEMA ACTIVOS*	1532000681
Fecha de Adquisición	31/05/2010	Código Ubicación SISTEMA		*Proveedor (NIT)*	64001696171
Proveedor (Nombre)	ADINSTRUMENTS PTY LTD (AUSTRALIA	Valor de Adquisión	$167.199.279,00	*Fecha Finalización de garantía*	
Datos de Contacto/ Relación con Orden de Compra (Telefónos,Página WEB, correo electrónico, Funcionario Contacto)					

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLASIFICACIÓN BIOMEDICA/ NIVEL RIESGO				TECNOLOGIA PREDOMINANTE				CLASIFICACION DE RIESGO POR USO			
Diagnóstico		I (A) Riesgo Bajo	X	Eléctrica		Hidráulica		Mecánico		Radiaciones	
Soporte de vida		IIa(B) Riesgo Moderado		Electrónica	X	Mecánica		Eléctrico	X	Químico o Biológico	

Otro	**X**	**IIb (C)Riesgo Alto**		**Electromecánica**		**Neumática**		**Térmico**		**Incendio o Explosión**	
Cual		**IIID (D) Riesgo Muy Alto**		**Otra/Cual?**				**Ruido/Vibraciones**		**Ergonómico (Carga visual o postural)**	
								Otro/ Cuál?			
Voltaje (Voltios)	90-250V	**Intensidad Corriente (Amperaje - Amperios)**	0,66 A	**Potencia (Watts)**	80 VA	**Otras Variables (Grado de Precisión, Fase, Frecuencia, velocidad de Operación, entre otras)**	* IMPEDANCIA DE ENTRADA: 50 KΩ * TENSIÓN DE ENTRADA MÁXIMA: ± 12 V				
Capacidad (Kilogramos, litros)		**Temperatura (Grados Centígrados)**	5–35 °C	**Presión (Kg/cm)**							
Rango de Medición	Amplificación: ±2 mV to ±10 V	**Rango de precisión**		**Dimensiones (Altura, Longitud, Diámetro, peso)**	60 mm × 300 mm × 300 mm PESO: 4.8 kg						
Observaciones											

INDICACIONES DE USO	
Condiciones de Operación (Calibración inicial, Formateo, entre otras)	
Condiciones de Seguridad	

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FECHA			**No. REPORTE DE SERVICIO**	**ACTIVIDAD**			**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO**	**NOMBRRE DE LA EMPRESA**	**APROBACIÓN**
DD	**MM**	**AA**		**MANTENIENTO PREVENTIVO**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**OTRO / CUAL?**				

RECOMENDACIÓN DE FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	**CADA AÑO**

ELABORADO POR :		**REVISADO POR:**	
NOMBRE	**YEIMY CONTRERAS**	**NOMBRE:**	**EQUIPO DE LSC Y COORDINACION NACIONAL DE LABORATORIOS**

CARGO:	**AUXILIAR DE LABORATORIO**	**CARGO:**	